



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۱۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	WBC	۶.۰۸	۵.۹۴	۶.۵۳	۰.۲۹	۲.۳۱%	جزئیات
۲	RBC	۴.۴۳	۴.۴۱	۳.۴۵	۰.۱۶	۰.۴۸%	جزئیات
۳	Hb	۱۴۳	۱۳۱.۶۹	۳.۶۶	۲.۸۶	۸.۵۹%	جزئیات
۴	Hct	۳۶	۳۷.۸۰	۴.۰۵	-۱.۱۹	۴.۷۷%	جزئیات
۵	MCV	۸۱.۲	۸۵.۱۴	۳.۶۳	-۱.۱۶	۴.۶۳%	جزئیات
۶	MCH	۳۲.۳	۳۰.۰۳	۴.۳	۲.۵۲	۷.۵۵%	جزئیات
۷	MCHC	۳۹۷	۳۵۱.۶۹	۵.۳۷	۳.۲۲	۱۲.۸۸%	جزئیات
۸	Plts	۲۰۲	۲۱۳.۷۶	۷.۱۶	-۰.۵۵	۵.۵%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول