



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳۴۲۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۷.۲۰	۷.۲۱	۵.۶۹	-۰.۰۱	۰.۰۸%	جزئیات
۲	RBC	۴.۴۰	۴.۳۷	۲.۷۷	۰.۲۶	۰.۷۸%	جزئیات
۳	Hb	۱۲۹	۱۲۷.۴۴	۳.۱۳	۰.۴۱	۱.۲۲%	جزئیات
۴	Hct	۳۶.۰	۳۵.۳۵	۵.۱۱	۰.۴۶	۱.۸۴%	جزئیات
۵	MCV	۸۱.۰	۸۱.۰۲	۳.۴۸	-۰.۰۱	۰.۰۳%	جزئیات
۶	MCH	۲۹.۰	۲۹.۱۷	۴.۰۳	-۰.۱۹	۰.۵۸%	جزئیات
۷	MCHC	۳۵.۰	۳۵۸.۳۸	۴.۵۲	-۰.۵۸	۲.۳۴%	جزئیات
۸	Plts	۲۳۰	۲۴۷.۵۱	۸.۵۳	-۰.۷۱	۷.۰۷%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول