



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۳۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	WBC	۷.۳۶	۷.۵۱	۲.۳۹	-۰.۲۴	۱.۹۶%	جزئیات
۲	RBC	۴.۳۴	۴.۴۰	۱.۷۴	-۰.۴۸	۱.۴۳%	جزئیات
۳	Hb	۱۲۹	۱۲۹.۶۵	۲.۴۴	-۰.۱۷	۰.۵%	جزئیات
۴	Hct	۳۵	۳۵.۴۲	۲.۷۶	-۰.۳۰	۱.۲%	جزئیات
۵	MCV	۸۱.۱	۸۰.۳۴	۲.۵۱	۰.۲۴	۰.۹۴%	جزئیات
۶	MCH	۲۹	۲۹.۳۶	۲.۹۶	-۰.۴۰	۱.۲۱%	جزئیات
۷	MCHC	۳۶۰	۳۶۵.۳۸	۲.۹۸	-۰.۳۷	۱.۴۷%	جزئیات
۸	Plts	۲۵۰	۲۵۰.۳۴	۶.۶۶	-۰.۰۱	۰.۱۳%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول