



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی

دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B11۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۱۴	۱۱۱.۱۵	۴.۰۹	۰.۴۳	۲.۵۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	Urea	۴۴.۵	۴۴.۸۴	۶.۹۷	-۰.۱۳	۰.۷۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Uric Acid	۵.۴۱	۶.۴۶	۹.۰۳	-۲.۱۱	۱۶.۲۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Creatinine	۱.۳۹	۱.۴۹	۹.۲۱	-۰.۷۳	۶.۴۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	Total Bilirubin	۱.۶	۱.۶۱	۱۱.۷۷	-۰.۰۴	۰.۵۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۶	Direct Bilirubin	۰.۹۸	۰.۹۸	۱۳.۹	۰.۰۱	۰.۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۷	Cholestrol	۱۶۳	۱۶۲.۳۳	۴.۷۱	۰.۰۷	۰.۴۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۸	Triglyceride	۹۸	۱۰۵.۷۸	۶.۱۲	-۰.۹۷	۷.۳۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۹	HDL	۵۰	۴۷.۵۵	۹.۹۳	۰.۴۳	۵.۱۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۰	LDL	۷۳	۷۷.۰۲	۷.۹۲	-۰.۳۵	۵.۲۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۱	Albumin	۳.۶	۴.۳۱	۶.۱۶	-۲.۷۴	۱۶.۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۲	Protein	۶.۱۷	۶.۳۴	۶.۶	-۰.۵۳	۲.۶۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۳	ALP	۲۶۵	۲۸۳.۰۷	۷.۹۶	-۰.۴۱	۶.۳۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۴	AST	۳۶.۹	۳۴.۹۱	۸.۲۴	۰.۵۷	۵.۶۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۵	ALT	۳۳.۷	۳۳.۱۴	۹.۱۲	۰.۱۷	۱.۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۶	CPK	۱۹۳	۱۸۱.۵۰	۸.۲۲	۰.۴۲	۶.۳۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۷	LDH	۴۱۲	۴۲۴.۰۸	۶.۴۱	-۰.۳۶	۲.۸۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۸	Amylase	۹۳	۹۵.۱۱	۶.۵۵	-۰.۱۹	۲.۲۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۹	Lipase	۳۵.۸	۳۷.۶۵	۲۳.۸۶	-۰.۲۷	۴.۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۰	GGT	۴۷	۴۶.۸۹	۹.۱۵	۰.۰۲	۰.۲۴%	<a href="#">جزئیات</a>

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۷	۸.۸۰	۳.۵۶	-۰.۲۳	۱.۱۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۲	Phosphorus	۴.۵	۴.۷۹	۶.۷۴	-۰.۷۷	۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۳	Iron	۱۰۰	۱۰۳.۳۶	۸.۵۵	-۰.۲۷	۳.۲۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۴	TIBC	۲۴۵	۲۵۴.۶۱	۱۱.۹۷	-۰.۲۵	۳.۷۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۵	Transferin	۱۸۶	۱۹۵.۶۷	۷.۵۴	-۰.۳۳	۴.۹۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۶	Sodium	۱۴۰	۱۳۸.۹۹	۱.۷۱	۰.۳۶	۰.۷۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۷	Potassium	۳.۹۲	۳.۹۱	۳.۲۸	۰.۱۰	۰.۳۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۸	Lithium	۰.۹۵	۰.۹۵	۳.۱۳	-۰.۰۵	۰.۵۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۹	Tf	۷.۲	۷.۲۵	۱۰.۱۸	-۰.۰۶	۰.۶۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۰	TSH	۱.۲	۱.۳۹	۱۶.۶۴	-۱.۱۱	۱۳.۳۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۱	Total PSA	۸.۵۵	۹.۰۷	۸.۱۱	-۰.۵۸	۵.۷۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۲	Ferritin	۱۹.۱	۲۳.۹۷	۱۳.۳۴	-۱.۳۶	۲۰.۳۳%	<a href="#">جزئیات</a>

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول