



دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۴۴۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت مارکرهای قلبی

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Troponin I	۲.۰۳۰۱	۲.۰۷	۷.۶۱	-۰.۱۷	۱.۷۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	CK MB Activity	۱۸.۰	۱۸.۸۰	۱۸.۰۱	-۰.۴۲	۴.۲۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	CK	۹۴	۲۳۲.۶۵	۷.۴۸	-۳.۹۷	۵۹.۶%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول