



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۲۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۲۸۲	۲۸۰.۳۹	۴.۶۷	۰.۱۰	۰.۶۸%	جزئیات
۲	Urea	۱۱۹	۱۱۷.۰۰	۶.۵۲	۰.۳۰	۱.۷۱%	جزئیات
۳	Uric Acid	۹.۴	۹.۴۶	۶.۹۶	-۰.۰۸	۰.۶%	جزئیات
۴	Creatinine	۳.۹	۳.۷۹	۷.۲۵	۰.۳۴	۳.۰۴%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۴.۹۵	۵.۴۱	۱۱.۱۶	-۰.۵۷	۸.۵%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۸	۱.۶۱	۱۰.۴۳	۰.۶۱	۱۱.۸%	جزئیات
۷	Cholesterol	۲۸۰	۲۸۰.۰۴	۴.۳۶	-۰.۰۰	۰.۰۱%	جزئیات
۸	Triglyceride	۲۶۹	۲۸۱.۱۷	۶.۹	-۰.۵۷	۴.۳۳%	جزئیات
۹	HDL	۹۷	۸۰.۹۲	۲۰.۹۴	۱.۶۶	۱۹.۸۸%	جزئیات
۱۰	LDL	۱۵۸	۱۴۱.۸۵	۱۱.۵	۰.۷۶	۱۱.۳۹%	جزئیات
۱۱	Albumin	۳.۲	۳.۱۳	۴.۲۹	۰.۳۵	۲.۱۱%	جزئیات
۱۲	Protein	۴.۶	۴.۸۸	۵.۶	-۱.۱۴	۵.۶۸%	جزئیات
۱۳	ALP	۴۹۷	۴۶۶.۶۰	۷.۹۹	۰.۴۲	۶.۰۲%	جزئیات
۱۴	AST	۱۴۷	۱۴۱.۴۹	۵.۹۵	۰.۳۹	۳.۹%	جزئیات
۱۵	ALT	۱۴۰	۱۴۰.۲۷	۶.۴۷	-۰.۰۲	۰.۱۹%	جزئیات
۱۶	CPK	۴۹۵	۵۰۴.۶۴	۷.۲۹	-۰.۱۳	۱.۹۱%	جزئیات
۱۷	LDH	۶۸۲	۶۸۸.۲۳	۸.۳۲	-۰.۱۱	۰.۹%	جزئیات
۱۸	Amylase	۳۰۹	۳۲۳.۳۹	۹.۵۷	-۰.۳۹	۴.۴۵%	جزئیات
۱۹	Lipase	۷۰	۵۶.۲۹	۱۹.۱۴	۱.۳۵	۲۴.۳۶%	جزئیات
۲۰	GGT	۱۶۵	۱۵۸.۹۸	۷.۴۵	۰.۳۴	۳.۷۸%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
٢١	Calcium	١٢.٦	١٢.٥٦	٥.١٢	٠.٥٦	٠.٣٢%	جزئيات
٢٢	Phosphorus	٦.٨	٦.٨٢	٦.٤٨	-٠.٠٥	٠.٣٥%	جزئيات
٢٣	Iron	٢١٢	٢٠٥.٣٨	٦.٥٦	٠.٢٧	٣.٢٢%	جزئيات
٢٤	TIBC	٢٤٠	٢٣٤.٠٧	١٢.٥٦	٠.١٧	٢.٥٣%	جزئيات
٢٥	Sodium	١٥٣	١٥٢.٨٧	٢.٨١	٠.٠٤	٠.٠٩%	جزئيات
٢٦	Potassium	٥.٩	٥.٧٠	٥.٠٤	٠.٩٩	٣.٤٥%	جزئيات
٢٧	Lithium	١.٩	٢.٠٧	١١.٩٥	-٠.٧٤	٨.١٢%	جزئيات
٢٨	Tf	١٩.٠	١٩.١٩	٨.٦٦	-٠.٠٨	١%	جزئيات
٢٩	TSH	١.٣٩	١.٣١	٨.١	٠.٥٣	٦.٣٥%	جزئيات
٣٠	Total PSA	٢٤.٨٦	٢٨.١٩	١٥.٨٦	-١.١٨	١١.٨١%	جزئيات
٣١	Ferritin	٣٥.٧٠	٢٥.٨٨	٢٤.١	٢.٥٣	٣٧.٩٣%	جزئيات

SDI≤٠.٩٩	١≤SDI≤١.٩٩	٢≤SDI≤٢.٩٩	SDI≥٣
حوب	قابل قبول	هشدار	غيرقابل قبول