



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۱۲	۱۱۲.۶۶	۴.۲۱	-۰.۱۰	۰.۵۹%	جزئیات
۲	Urea	۴۴	۴۴.۷۳	۶.۶۳	-۰.۲۸	۱.۶۲%	جزئیات
۳	Uric Acid	۵.۸	۶.۴۲	۸.۵۳	-۱.۲۶	۹.۶۶%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۴	۱.۴۶	۶.۴	-۰.۴۳	۳.۸۵%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۶	۱.۶۰	۱۰.۴۷	-۰.۰۱	۰.۱۹%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۰۲	۰.۹۹	۱۴.۹۵	۰.۱۵	۲.۸۲%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۶۱	۱۶۱.۶۸	۴.۱۹	-۰.۰۷	۰.۴۲%	جزئیات
۸	Triglyceride	۱۰۰	۱۰۵.۴۸	۶.۰۸	-۰.۶۸	۵.۱۹%	جزئیات
۹	HDL	۵۴	۴۸.۱۸	۱۰.۰۲	۱.۰۱	۱۲.۰۷%	جزئیات
۱۰	LDL	۷۹	۷۷.۴۰	۷.۵۶	۰.۱۴	۲.۰۶%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۱۵	۴.۲۹	۶.۱۵	-۰.۵۴	۳.۲۴%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۰	۶.۳۳	۶.۴۶	-۱.۰۳	۵.۱۷%	جزئیات
۱۳	ALP	۲۵۴	۲۸۲.۶۴	۹.۲۸	-۰.۶۵	۱۰.۱۳%	جزئیات
۱۴	AST	۳۷	۳۵.۱۹	۷.۷۷	۰.۵۱	۵.۱۵%	جزئیات
۱۵	ALT	۳۵	۳۳.۸۹	۸.۸۳	۰.۳۳	۳.۲۷%	جزئیات
۱۶	CPK	۱۸۱	۱۸۶.۳۶	۷.۴۶	-۰.۱۹	۲.۸۸%	جزئیات
۱۷	LDH	۴۰۶	۴۱۷.۳۸	۵.۵۷	-۰.۳۴	۲.۷۳%	جزئیات
۱۸	Amylase	۸۹	۹۴.۹۵	۶.۶۷	-۰.۵۴	۶.۲۶%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۵	۳۳.۱۴	۲۹.۱	۰.۳۱	۵.۶%	جزئیات
۲۰	GGT	۵۰	۴۵.۲۲	۹.۱۱	۰.۹۶	۱۰.۵۷%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
٢١	Calcium	٨.٧	٨.٧٨	٤.٥٤	-٥.١٨	٥.٩٢%	جزئیات
٢٢	Phosphorus	٤.٦	٤.٧٢	٦.٤٤	-٥.٣٣	٢.٥٤%	جزئیات
٢٣	Iron	١٥٥	١٥٣.٧٦	٨.٩٥	-٥.٣٥	٣.٦٢%	جزئیات
٢٤	TIBC	٢٢٥	٢٥١.٨٨	٩.٣٣	-٥.٧١	١٥.٦٧%	جزئیات
٢٥	Sodium	١٣٩	١٣٧.٧٣	٢.١٩	٥.٤٦	٥.٩٢%	جزئیات
٢٦	Potassium	٤.٥	٣.٨٦	٢.٦٣	١.٥٧	٣.٧٣%	جزئیات
٢٧	Lithium	٥.٩٧	٥.٩٦	٥.٩٢	٥.١٣	١.٤٦%	جزئیات
٢٨	Tf	٧.٨٢	٧.٢٩	٤.٤٣	٥.٦٥	٧.٢٤%	جزئیات
٢٩	TSH	١.٢٤	١.٤٥	١٤.٧٨	-٥.٩٣	١١.١١%	جزئیات
٣٥	Total PSA	٩.٢٢	٩.٤٥	١٣.٥٧	-٥.٢٤	٢.٤%	جزئیات
٣١	Ferritin	١٩	٢٥.٤٥	١٨.٢٦	-١.٦٨	٢٥.٢١%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غير قابل قبول