



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی

دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۲۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۸۰	۷۹.۹۵	۳.۸۲	۰.۰۱	۰.۰۷%	جزئیات
۲	Urea	۲۸.۸	۲۹.۶۵	۹.۱۹	-۰.۵۰	۲.۸۷%	جزئیات
۳	Uric Acid	۴.۸۵	۵.۴۱	۷.۹۹	-۱.۳۴	۱۰.۳۵%	جزئیات
۴	Creatinine	۰.۹۲	۱.۰۰	۷.۳۸	-۰.۸۵	۷.۶۳%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۰۲	۱.۰۱	۱۲.۹۱	۰.۰۵	۰.۶۹%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۰.۳۲	۰.۳۱	۲۰.۰۹	۰.۲۰	۳.۹%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۶۹	۱۵۸.۹۷	۴.۷۴	۱.۰۵	۶.۳۱%	جزئیات
۸	Triglyceride	۹۱	۱۰۲.۲۱	۵.۸۹	-۱.۴۴	۱۰.۹۷%	جزئیات
۹	HDL	۴۸	۴۶.۴۸	۹.۳۵	۰.۲۷	۳.۲۶%	جزئیات
۱۰	LDL	۸۵.۷	۸۰.۳۳	۷.۶۴	۰.۴۵	۶.۶۹%	جزئیات
۱۱	Albumin	۳.۹	۴.۲۲	۶.۱۱	-۱.۲۶	۷.۵۸%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۶۷	۶.۵۱	۶.۵۱	۰.۴۹	۲.۴۶%	جزئیات
۱۳	ALP	۱۵۲	۱۶۶.۷۹	۸.۴	-۰.۵۷	۸.۸۷%	جزئیات
۱۴	AST	۴۴.۰	۳۹.۰۵	۷.۷۱	۱.۲۷	۱۲.۶۷%	جزئیات
۱۵	ALT	۴۷.۲	۴۴.۳۵	۷.۰۶	۰.۶۴	۶.۴۲%	جزئیات
۱۶	CPK	۹۴.۰	۹۰.۰۹	۹	۰.۲۹	۴.۳۴%	جزئیات
۱۷	LDH	۲۸۷	۲۹۴.۷۳	۶.۷۶	-۰.۳۳	۲.۶۲%	جزئیات
۱۸	Amylase	۹۱.۰	۹۷.۶۲	۶.۵۸	-۰.۵۹	۶.۷۹%	جزئیات
۱۹	Lipase	۴۰.۳	۵۱.۳۳	۲۵.۱۹	-۱.۱۹	۲۱.۴۸%	جزئیات
۲۰	GGT	۳۵.۰	۳۳.۸۳	۹.۱۱	۰.۳۱	۳.۴۶%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
٢١	Calcium	٩.٥٤	٨.٧٨	٣.٤٩	٥.٥٨	٢.٩١%	جزئیات
٢٢	Phosphorus	٣.١٣	٣.٤٢	٨.٤١	-١.١٥	٨.٥٩%	جزئیات
٢٣	Iron	٩٤.٥	٩٨.٨٤	٤.٤٥	-٥.٢٤	٢.٨٩%	جزئیات
٢٤	UIBC	٢٥٤	NaN		00R	00R	جزئیات
٢٥	TIBC	٣٥٥.٥	٣٢٥.٢٥	١٥.٩٢	-٥.٤٢	٤.٣٢%	جزئیات
٢٦	Transferin	٢٤٥.٥	٢٥٤.٧٥	١٥.٣٣	-٥.٣٨	٥.٧٧%	جزئیات
٢٧	Sodium	١٤١.٥	١٤٥.٧٩	١.٧	٥.٥٧	٥.١٥%	جزئیات
٢٨	Potassium	٣.٩٩	٣.٩٣	٢.٩٢	٥.٤٥	١.٥٥%	جزئیات
٢٩	Lithium	٥.٨٨	٥.٨٧	٧.٤١	٥.١٤	١.٥%	جزئیات
٣٥	T٤	٧.٥	٤.٣٥	١٥.٣٤	٥.٨٥	١٥.١٨%	جزئیات
٣١	TSH	١.٤٨	١.٧٤	٥.٤٥	-٥.٣٩	٤.٤٥%	جزئیات
٣٢	Total PSA	٥.٥٢	٥.٥٧	٢٣.٩٤	-٥.٩٥	٩.٤١%	جزئیات
٣٣	Ferritin	٢٥.٥	٢٨.٤١	٢٥.٥٩	-٥.٨٥	١١.٩٩%	جزئیات

$SDI \leq ٥.٩٩$	$١ \leq SDI \leq ١.٩٩$	$٢ \leq SDI \leq ٢.٩٩$	$SDI \geq ٣$
حوب	قابل قبول	هشدار	غير قابل قبول