



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت مارکرهای قلبی

دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۵۴۱

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	Troponin I	۹.۵۴۰	۸.۰۹	۸.۹۵	۱.۷۹	۱۷.۸۸%	جزئیات
۲	CK MB Activity	۴۵	۵۵.۴۵	۳۶.۹۶	-۱.۸۹	۱۸.۸۵%	جزئیات
۳	CK	۶۹۶	۶۷۶.۹۹	۷.۸۵	۰.۱۹	۲.۸۱%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول