



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی

دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۳۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۰۳	۱۰۵.۱۳	۴.۵۳	-۰.۳۴	۲.۰۲%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	Urea	۴۴	۴۲.۹۱	۶.۷۷	۰.۴۵	۲.۵۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Uric Acid	۵.۷	۶.۰۷	۷.۶۷	-۰.۸۰	۶.۱۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Creatinine	۱.۴	۱.۳۹	۸.۰۸	۰.۱۱	۱.۰۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	Total Bilirubin	۱.۶	۱.۶۰	۱۲.۹۱	۰.۰۱	۰.۱۹%	<a href="#">جزئیات</a>
۶	Direct Bilirubin	۱.۱	۰.۹۷	۱۲.۵۵	۰.۷۲	۱۳.۷۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۷	Cholestrol	۱۴۸	۱۵۴.۱۶	۴.۶۵	-۰.۶۷	۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۸	Triglyceride	۸۷	۹۵.۹۸	۵.۹۱	-۱.۲۳	۹.۳۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۹	HDL	۶۰	۵۳.۸۱	۱۱.۶۴	۰.۹۶	۱۱.۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۰	LDL	۷۷	۷۲.۵۴	۱۰.۱۸	۰.۴۱	۶.۱۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۱	Albumin	۴.۱	۴.۲۹	۵.۹	-۰.۷۴	۴.۴۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۲	Protein	۵.۸	۶.۰۳	۵.۵۵	-۰.۷۵	۳.۷۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۳	ALP	۲۷۳	۲۸۰.۳۲	۹	-۰.۱۷	۲.۶۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۴	AST	۳۲	۳۱.۱۱	۵.۷۱	۰.۲۹	۲.۸۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۵	ALT	۳۶	۳۴.۳۴	۸.۲	۰.۴۸	۴.۸۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۶	CPK	۱۶۷	۱۸۳.۴۳	۸.۳۲	-۰.۶۰	۸.۹۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۷	LDH	۳۷۸	۳۷۳.۸۷	۸.۳۱	۰.۱۴	۱.۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۸	Amylase	۹۰	۹۳.۷۱	۸.۵۵	-۰.۳۴	۳.۹۶%	<a href="#">جزئیات</a>
۱۹	Lipase	۳۳	۳۲.۶۴	۲۶.۷۴	۰.۰۶	۱.۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۰	GGT	۵۰	۴۶.۵۵	۸.۴۶	۰.۶۷	۷.۴۲%	<a href="#">جزئیات</a>

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۸	۸.۸۴	۳.۶۴	-۰.۰۹	۰.۴۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۲	Phosphorus	۴.۲	۴.۵۰	۶.۷۶	-۰.۸۷	۶.۷۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۳	Iron	۱۲۱	۱۱۸.۳۵	۸.۳۳	۰.۱۹	۲.۲۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۴	TIBC	۲۴۵	۲۳۸.۷۱	۷.۹۹	۰.۱۸	۲.۶۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۵	Sodium	۱۴۳	۱۴۰.۲۳	۲.۰۷	۰.۹۹	۱.۹۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۶	Potassium	۴.۲	۴.۰۱	۳.۶۵	۱.۳۹	۴.۸۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۷	Lithium	۱	۱.۰۰	۶.۳۵	-۰.۰۵	۰.۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۸	Tf	۷.۵۴	۷.۱۶	۴.۵۸	۰.۴۴	۵.۲۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲۹	TSH	۱.۳۶	۱.۴۶	۷.۳۷	-۰.۵۸	۶.۹۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۰	Total PSA	۱۳.۴۸	۱۵.۰۴	۹.۶۲	-۱.۰۳	۱۰.۳۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۳۱	Ferritin	۲۰.۱۲	۲۷.۱۸	۲۰.۶۸	-۱.۷۳	۲۵.۹۷%	<a href="#">جزئیات</a>

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول