



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرویژی

دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳S۱۲۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Negative	Pishtaz teb	ELISA		Negative	HBs Ag
Negative	Others	ELISA		Negative	HCV Ab
Negative	Abbott	CL		Negative	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۱۸۲	۱۵۳	۹۶	۱۱۲۱	۱۹
	Positive	۱	۱		۳۸	۲
	Suspicious				۴	
HCV Ab	Negative	۱۰۷	۱۴۶	۷۱	۱۲۱۲	۱۹
	Positive	۱	۱۲		۲	
	Suspicious		۳		۱	
HIV Ab	Negative	۱۱۱	۱۴۶	۱۲۹	۱۱۵۶	۱۸
	Positive	۱	۹	۳	۲۴	۲
	Suspicious		۳		۳	