



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرویژی

دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳S۱۲۱

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Siemens	CL	۱۴۴	Positive	HBs Ag
Negative	Others	ELISA	۰.۲۵	Negative	HCV Ab
Positive	Siemens	CL	۹.۳	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۳	۲	۴	۳۸	۱
	Positive	۱۵۹	۱۶۱	۶۱	۱۱۷۱	۹
	Suspicious			۱	۴	۱
HCV Ab	Negative	۹۵	۱۵۶	۵۰	۱۲۴۷	۷
	Positive	۲	۲		۸	۳
HIV Ab	Negative		۲	۱	۹	
	Positive	۱۱۰	۱۵۰	۹۳	۱۲۱۸	۱۴