



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۲۲۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Pishtaz teb	ELISA	۵.۳۲	Positive	HBs Ag
Negative	Pishtaz teb	ELISA	۰.۱۴	Negative	HCV Ab
Positive	Pishtaz teb	ELISA	۹.۰۸	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۳	۳۶	۵	۱	۱	Negative	HBs Ag
۱۷	۱۱۱۳	۱۶۷	۱۰۹	۱۲۶	Positive	
	۱۱			۱	Suspicious	
۲۳	۱۱۴۱	۱۷۳	۱۲۳	۸۵	Negative	HCV Ab
	۸				Positive	
	۱				Suspicious	
۲	۱۶	۱	۱		Negative	HIV Ab
۱۸	۱۱۵۸	۱۷۹	۹۷	۱۰۱	Positive	
	۳				Suspicious	