



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۳۲۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Architect	CL		Positive	HBs Ag
Negative	Pishtaz teb	ELISA	۰.۱۰	Negative	HCV Ab
Positive	Pishtaz teb	ELISA	۱۳.۸	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۷	۶۲	۵	۱	۴	Negative	HBs Ag
۱۴	۱۰۲۴	۱۷۶	۱۲۴	۱۵۱	Positive	
	۵				Suspicious	
۲۴	۱۰۸۱	۱۸۵	۱۴۱	۸۸	Negative	HCV Ab
	۱۲	۱	۱	۱	Positive	
	۲				Suspicious	
۱	۱۴	۱	۱	۲	Negative	HIV Ab
۲۳	۱۰۹۶	۱۸۰	۱۳۴	۱۰۴	Positive	