



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۳۲۱

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Pishtaz teb	ELISA		Positive	HBs Ag
Negative	Others	ELISA		Negative	HCV Ab
Positive	Abbott	CL		Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۲	۲۸	۵	۲	۱	Negative	HBs Ag
۱۹	۱۱۳۷	۹۷	۱۵۵	۱۷۷	Positive	
۱	۶				Suspicious	
۲۰	۱۲۰۹	۷۸	۱۶۲	۹۸	Negative	HCV Ab
	۹	۱	۱	۲	Positive	
	۲				Suspicious	
۱	۲۷	۵			Negative	HIV Ab
۱۹	۱۱۶۳	۱۳۱	۱۵۶	۱۰۹	Positive	
	۱	۱			Suspicious	