



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۲۵۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



| # | Test | Your Result | Target | CV | SDI | %Dev | |
|---|------------------|-------------|--------|------|-------|-------|------------------------|
| ۱ | PAPP-A | ۲.۸۳ | ۲.۷۹ | ۹.۶ | ۰.۱۰ | ۱.۵۱% | جزئیات |
| ۲ | Free β hCG | ۴۱.۹۷ | ۴۵.۳۲ | ۸.۳۷ | -۰.۴۹ | ۷.۳۹% | جزئیات |

| | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|
| $SDI \leq 0.99$ | $1 \leq SDI \leq 1.99$ | $2 \leq SDI \leq 2.99$ | $SDI \geq 3$ |
| حوب | قابل قبول | هشدار | غیر قابل قبول |