



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۵۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PAPP-A	۵.۵۰	۵.۵۷	۱۲.۷۲	-۰.۰۸	۱.۲۶%	جزئیات
۲	Free β hCG	۱۰۴.۹	۹۲.۱۸	۱۱.۹	۰.۹۲	۱۳.۸%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول