



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۲۵۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PAPP-A	۶.۲۷	۵.۸۵	۱۶.۳۲	۰.۴۸	۷.۱۶%	جزئیات
۲	Free β hCG	۱۴.۲۳	۱۴.۲۵	۱۰.۰۶	-۰.۰۱	۰.۱۳%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول