



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون

دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۴۵۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PAPP-A	۴.۷	۵.۶۰	۸.۷۳	-۱.۰۷	۱۶.۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	Free $\beta$ hCG	۱۵۷	۱۶۷.۸۳	۹.۳۱	-۰.۴۳	۶.۴۵%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول