



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۲۵۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	AFP	۵۹.۳۸	۵۱.۶۱	۹.۴۵	۱.۰۰	۱۵.۰۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	$\beta$ hCG	۱۴.۰۳۷۰	۱۳.۴۹	۹.۳۲	۰.۴۰	۴.۰۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Total hCG	۱۴.۰۳۷۰	۱۳.۲۳	۱۳.۲۶	۰.۶۱	۶.۰۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Unconjugated Estriol( uE <sub>3</sub> )	۳.۴۵	۳.۵۳	۱۰.۱۲	-۰.۱۵	۲.۲۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	Inhibin A	۳۹۰.۰	۲۵۲.۵۰	۱۵.۱۴	۳.۶۳	۵۴.۴۵%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول