



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳B۴۵۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	AFP	۱۰۴.۸۷	۱۲۱.۹۰	۲۵.۳۶	-۰.۹۳	۱۳.۹۷%	جزئیات
۲	β hCG	۹.۵۸	۲۰.۱۴	۷۳.۲۳	OOD	OOD	جزئیات
۳	Unconjugated Estriol(uE۳)	۰.۴۲	۱۴.۲۶	۹.۲۵	OOD	OOD	جزئیات
۴	Inhibin A	۴۰۰.۵	۴۶۲.۰۲	۱۴.۱۶	-۰.۸۹	۱۳.۳۱%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول