



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۵۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	AFP	۱۱۲.۸۸	۱۰۹.۱۴	۱۴.۱	۰.۲۳	۳.۴۳%	جزئیات
۲	β hCG	۲۰.۹۲۱۸	۳۴.۸۸	۴۱.۲۱	-۴.۰۰	۴۰.۰۳%	جزئیات
۳	Total hCG	۲۰.۹۲۱۸	۳۷.۰۱	۳۴.۳۳	-۴.۳۵	۴۳.۴۷%	جزئیات
۴	Unconjugated Estriol(uE ₃)	۳.۰	۳.۹۵	۲۷.۱۸	-۱.۶۰	۲۳.۹۹%	جزئیات
۵	Inhibin A	۵۵۹.۹	۵۹۳.۳۲	۱۷.۵۴	-۰.۳۸	۵.۶۳%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول