



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلاسما کنترل لتوفیلز

دوره اول سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳H۱۳۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۵۴	۱.۲۷	۱۲.۱۵	۲.۳۱	۲۰.۸۸%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	PTT	۴۷.۱	۴۴.۳۳	۹.۹۴	۰.۷۰	۶.۲۶%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول