



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلازما کنترل لتوفیلز

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۲۳۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۱۱	۱.۰۱	۲.۸۸	۱.۱۲	۱۰.۱۲%	جزئیات
۲	PTT	۳۲.۹	۲۶.۲۸	۷.۸۳	۲.۸۰	۲۵.۲%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول