



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلازما کنترل لتوفیلز

دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۳۳۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۰۷	۱.۰۰	۰	۰.۷۸	۷%	جزئیات
۲	PTT	۳۱.۵	۲۶.۸۹	۷.۸۵	۱.۹۱	۱۷.۱۶%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول