



# گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلاسما کنترل لتوفیلز



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۳۳۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۲۹	۱.۲۲	۹.۴۱	۰.۶۳	۵.۶۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	PTT	۴۲.۵	۳۷.۱۲	۹.۶۱	۱.۶۱	۱۴.۴۹%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول