


آزمایش ALP



دور	تاریخ	تعداد نتایج	نتیجه	میانگین گروه	CV آزمایشگاه	CV گروه	DI	%D	بازه اطمینان
1	1403/08/06	11	243.00	258.23	1.93	5.79	-1.02	-5.90	-11.48 تا -0.31
2	1403/08/13	13	179.00	198.92	0.00	6.66	-1.50	-10.02	-13.98 تا -6.05
3	1403/08/20	15	210.00	223.87	0.00	6.12	-1.01	-6.19	-9.55 تا -2.84
4	1403/08/27	15	180.00	198.80	0.00	7.06	-1.34	-9.46	-13.34 تا -5.57
5	1403/09/04	13	142.00	155.31	0.00	6.88	-1.25	-8.57	-12.66 تا -4.48
6	1403/09/11	14	184.00	201.50	0.00	8.56	-1.01	-8.68	-13.63 تا -3.74

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی  
Peer Group Results

کد سند : 1  
تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
تاریخ بازنگری :  
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
-5.68 تا -13.67	-9.67	-1.44	6.72	0.00	194.85	176.00	13	1403/09/18	7
-7.01 تا -14.71	-10.86	-1.54	7.03	0.00	198.57	177.00	15	1403/09/25	8
11.84 تا -29.18	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :