


کد سند : 1  
 تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
 تاریخ بازنگری :  
 صفحه : 2 / 1

## آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی  
 Peer Group Results



### آزمایش AST



بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
18.28 تا 6.37	12.32	1.50	8.20	1.59	37.39	42.00	13	1403/08/06	1
15.11 تا -0.86	7.12	0.53	13.51	0.00	25.48	27.30	13	1403/08/13	2
14.00 تا 3.31	8.66	0.91	9.48	0.00	23.93	26.00	14	1403/08/20	3
25.65 تا 12.22	18.93	1.61	11.79	0.00	19.51	23.20	14	1403/08/27	4
24.05 تا 8.66	16.36	1.32	12.43	0.00	19.77	23.00	12	1403/09/04	5
39.93 تا 8.98	24.45	0.91	26.80	0.00	21.29	26.50	14	1403/09/11	6

مسئول فنی :

تایید کننده :

تهیه کننده :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی  
Peer Group Results

کد سند : 1  
تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
تاریخ بازنگری :  
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
1.39 تا 15.50	8.45	0.74	11.40	0.00	21.12	22.90	12	1403/09/18	7
4.00 تا 12.23	8.12	1.16	7.00	0.00	27.01	29.20	13	1403/09/25	8
17.82 تا 43.92	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :