


آزمایش Ca



دوره	تاریخ	تعداد نتایج	نتیجه	میانگین گروه	CV آزمایشگاه	CV گروه	DI	%D	بازه اطمینان
1	1403/08/06	13	9.37	9.13	1.24	4.48	0.60	2.67	-1.15 تا 6.50
2	1403/08/13	15	9.25	9.28	0.00	4.04	-0.07	-0.27	-2.49 تا 1.95
3	1403/08/20	16	9.48	9.40	0.00	5.32	0.17	0.89	-1.94 تا 3.72
4	1403/08/27	13	9.47	9.57	0.00	6.60	-0.16	-1.04	-5.02 تا 2.95
5	1403/09/04	13	8.90	8.67	0.00	5.08	0.52	2.66	-0.41 تا 5.73
6	1403/09/11	12	9.42	9.19	0.00	5.04	0.50	2.54	-0.66 تا 5.74

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی  
Peer Group Results

کد سند : 1  
تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
تاریخ بازنگری :  
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
4.46 تا -3.54	0.46	0.07	6.61	0.00	9.33	9.37	13	1403/09/18	7
-5.03 تا -13.08	-9.06	-1.40	6.46	0.00	7.77	7.07	12	1403/09/25	8
0.36 تا -0.64	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :