


کد سند : 1  
تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
تاریخ بازنگری :  
صفحه : 2 / 1

## آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد



بیوشیمی  
Peer Group Results

### آزمایش Cr



دور	تاریخ	تعداد نتایج	نتیجه	میانگین گروه	CV آزمایشگاه	CV گروه	DI	%D	بازه اطمینان
1	1403/08/06	13	0.92	0.92	1.19	6.82	-0.04	-0.25	4.54 تا -5.04
2	1403/08/13	17	0.94	0.91	0.00	9.89	0.28	2.77	7.85 تا -2.32
3	1403/08/20	17	0.99	1.02	0.00	6.63	-0.44	-2.89	0.51 تا -6.28
4	1403/08/27	15	0.91	0.96	0.00	5.88	-0.93	-5.47	-2.23 تا -8.71
5	1403/09/04	12	11.16	10.69	0.00	7.26	0.61	4.41	8.91 تا -0.08
6	1403/09/11	11	0.93	0.96	0.00	7.53	-0.42	-3.13	1.78 تا -8.03

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی  
Peer Group Results

کد سند : 1  
تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
تاریخ بازنگری :  
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
-0.19 تا -14.09	-7.14	-0.61	11.68	0.00	0.95	0.88	13	1403/09/18	7
2.28 تا -5.98	-1.85	-0.25	7.55	0.00	1.08	1.06	15	1403/09/25	8
2.33 تا -5.71	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :