


کد سند : 1
تاریخ ویرایش : 1403/09/26
تاریخ بازنگری :
صفحه : 2 / 1

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی
Peer Group Results



آزمایش HDL



دور	تاریخ	تعداد نتایج	نتیجه	میانگین گروه	CV آزمایشگاه	CV گروه	DI	%D	بازه اطمینان
1	1403/08/06	11	50.00	49.36	1.42	8.98	0.14	1.29	-5.44 تا 8.02
2	1403/08/13	15	45.00	47.00	0.00	9.03	-0.47	-4.26	-9.25 تا 0.74
3	1403/08/20	14	46.00	45.86	0.00	6.51	0.05	0.31	-3.42 تا 4.04
4	1403/08/27	10	44.00	46.00	0.00	6.40	-0.68	-4.35	-8.76 تا 0.06
5	1403/09/04	11	40.00	40.56	0.00	8.27	-0.17	-1.39	-6.82 تا 4.04
6	1403/09/11	8	46.00	48.06	0.00	5.23	-0.82	-4.29	-8.36 تا -0.22

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی
Peer Group Results

کد سند : 1
تاریخ ویرایش : 1403/09/26
تاریخ بازنگری :
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
-1.53 تا -7.51	-4.52	-0.95	4.76	0.00	46.08	44.00	12	1403/09/18	7
-5.66 تا -13.38	-9.52	-1.41	6.74	0.00	49.74	45.00	14	1403/09/25	8
4.57 تا -11.25	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :