


کد سند : 1
تاریخ ویرایش : 1403/09/26
تاریخ بازنگری :
صفحه : 2 / 1

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی
Peer Group Results



آزمایش Mg



| دور | تاریخ | تعداد نتایج | نتیجه | میانگین گروه | CV آزمایشگاه | CV گروه | DI | %D | بازه اطمینان |
|-----|------------|-------------|-------|--------------|--------------|---------|-------|-------|---------------|
| 1 | 1403/08/06 | 11 | 2.04 | 1.98 | 1.62 | 7.74 | 0.42 | 3.22 | -2.97 تا 9.41 |
| 2 | 1403/08/13 | 14 | 2.08 | 2.10 | 0.00 | 6.51 | -0.18 | -1.19 | -4.94 تا 2.57 |
| 3 | 1403/08/20 | 13 | 2.06 | 2.07 | 0.00 | 6.96 | -0.09 | -0.63 | -4.75 تا 3.48 |
| 4 | 1403/08/27 | 11 | 2.11 | 2.15 | 0.00 | 6.37 | -0.29 | -1.82 | -6.05 تا 2.41 |
| 5 | 1403/09/04 | 11 | 2.38 | 2.24 | 0.00 | 6.30 | 1.01 | 6.34 | 2.10 تا 10.57 |
| 6 | 1403/09/11 | 9 | 2.05 | 2.07 | 0.00 | 4.88 | -0.24 | -1.18 | -4.80 تا 2.44 |

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی
Peer Group Results

کد سند : 1
تاریخ ویرایش : 1403/09/26
تاریخ بازنگری :
صفحه : 2 / 2

| بازه اطمینان | %D | DI | CV گروه | CV آزمایشگاه | میانگین گروه | نتیجه | تعداد نتایج | تاریخ | دور |
|-----------------|---------|-------|---------|--------------|--------------|-------|-------------|------------|-----|
| -1.22 تا -10.47 | -5.85 | -0.80 | 7.28 | 0.00 | 2.12 | 2.00 | 12 | 1403/09/18 | 7 |
| 3.00 تا -4.91 | -0.96 | -0.16 | 6.07 | 0.00 | 1.90 | 1.88 | 11 | 1403/09/25 | 8 |
| 0.52 تا -1.03 | کل دوره | | | | | | | | |

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :