


کد سند : 1
 تاریخ ویرایش : 1403/09/26
 تاریخ بازنگری :
 صفحه : 2 / 1

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی
 Peer Group Results



آزمایش Na



دور	تاریخ	تعداد نتایج	نتیجه	میانگین گروه	CV آزمایشگاه	CV گروه	DI	%D	بازه اطمینان
1	1403/08/06	10	140.50	138.63	0.56	1.29	1.04	1.35	-0.22 تا 2.92
2	1403/08/13	11	140.00	139.73	0.00	1.23	0.16	0.20	-0.62 تا 1.01
3	1403/08/20	14	142.20	139.51	0.00	1.24	1.56	1.93	1.21 تا 2.65
4	1403/08/27	8	146.40	143.94	0.00	1.80	0.95	1.71	0.27 تا 3.15
5	1403/09/04	10	134.00	132.95	0.00	1.44	0.55	0.79	-0.24 تا 1.82
6	1403/09/11	7	141.50	138.86	0.00	2.41	0.79	1.90	-0.25 تا 4.06

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی
Peer Group Results

کد سند : 1
تاریخ ویرایش : 1403/09/26
تاریخ بازنگری :
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
0.03 تا 2.41	1.22	0.69	1.77	0.00	139.30	141.00	11	1403/09/18	7
-2.36 تا 1.33	-0.51	-0.18	2.90	0.00	143.63	142.90	12	1403/09/25	8
-1.47 تا 3.62	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :