


کد سند : 1
تاریخ ویرایش : 1403/09/26
تاریخ بازنگری :
صفحه : 2 / 1

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی
Peer Group Results



آزمایش pH



دور	تاریخ	تعداد نتایج	نتیجه	میانگین گروه	CV آزمایشگاه	CV گروه	DI	%D	بازه اطمینان
1	1403/08/06	13	3.86	3.96	1.12	8.43	-0.30	-2.54	-8.19 تا 3.10
2	1403/08/13	14	3.60	3.79	0.00	8.68	-0.59	-5.08	-10.03 تا -0.14
3	1403/08/20	13	3.50	3.68	0.00	9.30	-0.52	-4.81	-10.34 تا 0.72
4	1403/08/27	11	3.60	3.96	0.00	5.84	-1.56	-9.13	-12.97 تا -5.30
5	1403/09/04	11	4.22	4.67	0.00	7.48	-1.30	-9.72	-14.75 تا -4.70
6	1403/09/11	9	3.60	3.78	0.00	4.73	-0.99	-4.71	-8.18 تا -1.23

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی
Peer Group Results

کد سند : 1
تاریخ ویرایش : 1403/09/26
تاریخ بازنگری :
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
-4.69 تا -14.47	-9.58	-1.24	7.70	0.00	3.75	3.39	12	1403/09/18	7
-8.08 تا -17.04	-12.56	-1.83	6.88	0.00	3.90	3.41	11	1403/09/25	8
9.92 تا -24.46	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :