


آزمایش [ Plt ] Platelet



دور	تاریخ	تعداد نتایج	نتیجه	میانگین گروه	CV آزمایشگاه	CV گروه	DI	%D	بازه اطمینان
1	1403/08/06	14	380.00	357.64	2.08	11.82	0.53	6.25	-1.92 تا 14.42
2	1403/08/13	16	207.00	205.00	0.00	4.76	0.21	0.98	-1.55 تا 3.50
3	1403/08/20	15	210.00	198.20	0.00	3.55	1.68	5.95	4.02 تا 7.89
4	1403/08/27	16	310.00	277.06	0.00	5.54	2.14	11.89	8.94 تا 14.84
5	1403/09/04	16	335.60	296.54	0.00	6.04	2.18	13.17	9.97 تا 16.37
6	1403/09/11	12	268.00	260.75	0.00	5.17	0.54	2.78	-0.42 تا 5.98

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

هماتولوژی آبان 1403  
Peer Group Results

کد سند : 1  
تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
تاریخ بازنگری :  
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
0.82 تا 6.97	3.90	0.70	5.59	0.00	154.00	160.00	15	1403/09/18	7
8.41 تا 15.22	11.82	1.89	6.25	0.00	262.93	294.00	15	1403/09/25	8
23.87 تا -9.69	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :