


آزمایش RBC [ RBC. ]



| بازه اطمینان  | %D    | DI    | CV گروه | CV آزمایشگاه | میانگین گروه | نتیجه | تعداد نتایج | تاریخ      | دور |
|---------------|-------|-------|---------|--------------|--------------|-------|-------------|------------|-----|
| 1.15 تا -3.59 | -1.22 | -0.73 | 1.68    | 1.00         | 4.86         | 4.80  | 14          | 1403/08/06 | 1   |
| 1.45 تا -2.44 | -0.50 | -0.13 | 3.78    | 0.00         | 5.43         | 5.40  | 17          | 1403/08/13 | 2   |
| 2.18 تا -0.56 | 0.81  | 0.29  | 2.76    | 0.00         | 5.36         | 5.40  | 18          | 1403/08/20 | 3   |
| 6.09 تا 3.31  | 4.70  | 1.80  | 2.61    | 0.00         | 5.59         | 5.85  | 16          | 1403/08/27 | 4   |
| 5.66 تا 2.76  | 4.21  | 1.50  | 2.81    | 0.00         | 5.52         | 5.75  | 17          | 1403/09/04 | 5   |
| 4.78 تا 1.84  | 3.31  | 1.24  | 2.66    | 0.00         | 5.20         | 5.37  | 15          | 1403/09/11 | 6   |

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

هماتولوژی آبان 1403

Peer Group Results

کد سند : 1  
تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
تاریخ بازنگری :  
صفحه : 2 / 2

| بازه اطمینان  | %D      | DI   | CV گروه | CV آزمایشگاه | میانگین گروه | نتیجه | تعداد نتایج | تاریخ      | دور |
|---------------|---------|------|---------|--------------|--------------|-------|-------------|------------|-----|
| 5.34 تا 3.44  | 4.39    | 2.46 | 1.79    | 0.00         | 4.80         | 5.01  | 16          | 1403/09/18 | 7   |
| 5.79 تا 3.65  | 4.72    | 2.20 | 2.15    | 0.00         | 5.32         | 5.57  | 18          | 1403/09/25 | 8   |
| 8.60 تا -3.49 | کل دوره |      |         |              |              |       |             |            |     |

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :