


کد سند : 1  
 تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
 تاریخ بازنگری :  
 صفحه : 2 / 1

## آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی  
 Peer Group Results



### آزمایش TG



بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
-6.23 تا -15.87	-11.05	-1.53	7.21	1.26	127.03	113.00	15	1403/08/06	1
-18.41 تا -28.20	-23.30	-2.93	7.95	0.00	147.33	113.00	12	1403/08/13	2
-4.69 تا -11.92	-8.30	-1.25	6.64	0.00	130.87	120.00	15	1403/08/20	3
-7.18 تا -13.94	-10.56	-1.78	5.93	0.00	161.00	144.00	14	1403/08/27	4
-3.02 تا -8.60	-5.81	-1.29	4.51	0.00	106.17	100.00	12	1403/09/04	5
-6.48 تا -13.97	-10.22	-1.70	6.00	0.00	133.67	120.00	12	1403/09/11	6

تهیه کننده :	تایید کننده :	مسئول فنی :
--------------	---------------	-------------

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی  
Peer Group Results

کد سند : 1  
تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
تاریخ بازنگری :  
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
-16.23 تا -9.07	-12.65	-2.10	6.02	0.00	146.54	128.00	13	1403/09/18	7
-16.15 تا -9.90	-13.02	-2.28	5.72	0.00	149.47	130.00	15	1403/09/25	8
16.20 تا -39.93	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :