


کد سند : 1  
تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
تاریخ بازنگری :  
صفحه : 2 / 1

## آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی  
Peer Group Results



### آزمایش TIBC



دوره	تعداد نتایج	نتیجه	میانگین گروه	CV آزمایشگاه	CV گروه	DI	%D	بازه اطمینان
1	7	325.00	314.71	1.66	12.86	0.25	3.27	14.89 تا -8.35
2	11	304.00	324.04	0.00	12.62	-0.49	-6.18	2.19 تا -14.56
3	10	290.00	323.63	0.00	11.46	-0.91	-10.39	-2.50 تا -18.29
4	9	295.00	332.06	0.00	11.88	-0.94	-11.16	-2.33 تا -19.99
5	6	312.00	325.33	0.00	6.25	-0.66	-4.10	1.67 تا -9.87
6	7	308.00	335.06	0.00	9.56	-0.84	-8.08	0.26 تا -16.41

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی  
Peer Group Results

کد سند : 1  
تاریخ ویرایش : 1403/09/26  
تاریخ بازنگری :  
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
-0.74 تا -12.32	-6.53	-0.81	8.10	0.00	329.53	308.00	10	1403/09/18	7
-3.78 تا -19.79	-11.79	-1.15	10.29	0.00	380.90	336.00	8	1403/09/25	8
9.39 تا -23.13	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :