



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره اول سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۱۲۱

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

| نتیجه مورد انتظار | سازنده کیت  | روش   | Sample/cutoff | نتیجه نهایی | پارامتر |
|-------------------|-------------|-------|---------------|-------------|---------|
| Negative          | Pishtaz teb | ELISA | ۳.۶۴۹         | Positive    | HBs Ag  |
| Negative          | Architect   | CL    | ۰.۰۲          | Negative    | HCV Ab  |
| Positive          | Architect   | CL    | ۰.۱۵          | Negative    | HIV Ab  |

### توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

| Others | ELISA | ELFA | ECL | CL  | Result     | Test   |
|--------|-------|------|-----|-----|------------|--------|
|        | ۳۱    | ۱۱   | ۱   | ۲   | Negative   |        |
| ۱۲     | ۱۱۶۷  | ۱۲۵  | ۹۹  | ۱۳۲ | Positive   | HBs Ag |
| ۱      | ۱     |      |     |     | Suspicious |        |
| ۱۲     | ۱۱۵۸  | ۱۵۲  | ۱۲۰ | ۸۹  | Negative   |        |
|        | ۱     |      |     |     | Positive   | HCV Ab |
|        | ۳     |      |     |     | Suspicious |        |
| ۱۲     | ۱۱۳۷  | ۱۲۷  | ۱۰۹ | ۹۷  | Negative   |        |
|        | ۲۸    | ۲    | ۳   | ۴   | Positive   | HIV Ab |
|        | ۹     |      | ۳   |     | Suspicious |        |