



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرویژی

دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۱۲۱

آزمایشگاه: فرجاد (کولیف) ۱.۵۸۰



نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Wantai	ELISA	۶.۳۷	Positive	HBs Ag
Negative	Diapro	ELISA	۰.۱۰	Negative	HCV Ab
Positive	Pishtaz teb	ELISA	۴۵.۲۸	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۴	۳۱	۱۰	۴	۱	Negative	HBs Ag
۱۱	۱۰۷۸	۱۲۹	۱۲۲	۱۵۴	Positive	
	۱۲	۱		۱	Suspicious	
۱۷	۱۱۶۰	۱۳۳	۱۲۲	۷۷	Negative	HCV Ab
	۳	۲			Positive	
	۲				Suspicious	
۲	۱۱	۳	۱	۱	Negative	HIV Ab
۱۵	۱۱۴۲	۱۵۱	۱۱۶	۹۷	Positive	
	۱				Suspicious	