



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۲۲۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Wantai	ELISA	۴.۶	Positive	HBs Ag
Negative	Wantai	ELISA	۰.۱۸	Negative	HCV Ab
Positive	Wantai	ELISA	۲۶.۹	Positive	HIV Ab

### توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۸	۴۰	۴	۲	۲	Negative	HBs Ag
۱۵	۱۱۲۹	۱۰۴	۱۴۸	۱۷۱	Positive	
	۸		۱		Suspicious	
۲۲	۱۲۰۵	۹۸	۱۵۲	۸۹	Negative	HCV Ab
	۵		۱		Positive	
۴	۱۱	۲		۱	Negative	HIV Ab
۱۸	۱۱۶۵	۱۵۳	۱۵۳	۱۰۶	Positive	
۱	۱				Suspicious	