



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۲۲۱

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Negative	Wantai	ELISA	۰.۱۸	Negative	HBs Ag
Negative	Wantai	ELISA	۰.۱۹	Negative	HCV Ab
Positive	Wantai	ELISA	۰.۲۶	Positive	HIV Ab

### توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۲۲	۱۱۰۹	۱۱۱	۱۴۵	۱۷۱	Negative	HBs Ag
۲	۵۰		۳	۳	Positive	
	۱				Suspicious	
۲۲	۱۱۹۵	۹۵	۱۵۲	۸۹	Negative	HCV Ab
	۵	۱	۱		Positive	
۱					Suspicious	
۶	۹	۵	۱		Negative	HIV Ab
۱۷	۱۱۵۸	۱۴۸	۱۵۲	۱۰۵	Positive	
۱	۲				Suspicious	