



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۳۲۱

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Architect	CL		Positive	HBs Ag
Negative	Pishtaz teb	ELISA	۰.۰۸	Negative	HCV Ab
Positive	Pishtaz teb	ELISA	۱۴.۸۴	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۸	۳۵	۳	۱	۳	Negative	HBs Ag
۱۳	۱۰۳۲	۱۷۶	۱۲۷	۱۴۷	Positive	
	۸				Suspicious	
۲۵	۱۰۷۳	۱۸۲	۱۴۲	۸۹	Negative	HCV Ab
	۷	۱	۱		Positive	
۳	۱۴	۲	۳	۲	Negative	HIV Ab
۲۰	۱۰۸۵	۱۷۳	۱۳۲	۱۰۳	Positive	
	۱				Suspicious	