



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۳۲۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Negative	Wantai	ELISA	۰.۱۸	Negative	HBs Ag
Negative	Wantai	ELISA	۰.۱۹	Negative	HCV Ab
Positive	Wantai	ELISA	۰.۲۶	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۲۲	۱۱۰۹	۱۱۱	۱۴۵	۱۷۱	Negative	HBs Ag
۲	۵۰		۳	۳	Positive	
	۱				Suspicious	
۲۲	۱۱۹۵	۹۵	۱۵۲	۸۹	Negative	HCV Ab
	۵	۱	۱		Positive	
۱					Suspicious	
۶	۹	۵	۱		Negative	HIV Ab
۱۷	۱۱۵۸	۱۴۸	۱۵۲	۱۰۵	Positive	
۱	۲				Suspicious	