



دور	تاریخ	تعداد نتایج	نتیجه	میانگین گروه	CV آزمایشگاه	CV گروه	DI	%D	بازه اطمینان
1	1403/08/06	11	4.95	5.34	1.66	8.88	-0.83	-7.38	-14.25 تا -0.52
2	1403/08/13	16	4.95	5.21	0.00	13.62	-0.36	-4.96	-12.21 تا 2.30
3	1403/08/20	12	4.91	5.09	0.00	8.91	-0.39	-3.49	-9.01 تا 2.03
4	1403/08/27	12	5.07	5.22	0.00	6.10	-0.48	-2.94	-6.71 تا 0.84
5	1403/09/04	12	6.90	7.14	0.00	9.27	-0.37	-3.42	-9.20 تا 2.37
6	1403/09/11	12	5.11	5.70	0.00	7.93	-1.30	-10.29	-15.32 تا -5.25

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :

<div>کد سند : 1 تاریخ ویرایش : 1403/09/26 تاریخ بازنگری : صفحه : 2 / 2</div>	آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد	<div>کولایف آزمایشگاه های یکپارچه پزشکی</div>
	بیوشیمی Peer Group Results	

دور	تاریخ	تعداد نتایج	نتیجه	میانگین گروه	CV آزمایشگاه	CV گروه	DI	%D	بازه اطمینان
7	1403/09/18	14	4.82	5.37	0.00	11.01	-0.94	-10.31	-16.67 تا -3.96
8	1403/09/25	15	4.92	5.32	0.00	9.75	-0.78	-7.59	-12.99 تا -2.19
								کل دوره	8.60 تا -21.19

تهیه کننده :	تایید کننده :	مسئول فنی :
--------------	---------------	-------------