


کد سند : 1
 تاریخ ویرایش : 1403/09/26
 تاریخ بازنگری :
 صفحه : 2 / 1

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد



بیوشیمی
 Peer Group Results

آزمایش Urea



بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
14.48 تا 4.93	9.71	1.42	6.85	1.35	30.08	33.00	15	1403/08/06	1
18.71 تا 9.30	14.01	1.63	8.60	0.00	30.70	35.00	15	1403/08/13	2
-0.34 تا -8.51	-4.42	-0.54	8.22	0.00	32.64	31.20	18	1403/08/20	3
8.97 تا 0.94	4.96	0.66	7.53	0.00	30.77	32.30	16	1403/08/27	4
5.92 تا -1.33	2.29	0.36	6.33	0.00	98.74	101.00	14	1403/09/04	5
-1.74 تا -8.58	-5.16	-0.94	5.48	0.00	27.94	26.50	12	1403/09/11	6

تهیه کننده :	تایید کننده :	مسئول فنی :
--------------	---------------	-------------

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی
Peer Group Results

کد سند : 1
تاریخ ویرایش : 1403/09/26
تاریخ بازنگری :
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
2.47 تا -6.79	-2.16	-0.26	8.37	0.00	29.33	28.70	15	1403/09/18	7
-0.48 تا -7.49	-3.99	-0.60	6.62	0.00	30.41	29.20	16	1403/09/25	8
6.42 تا -2.62	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :