



# گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Wright

دوره دوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۲۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



ردیف	آزمایش	نتیجه	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
۱	رایت روش سریع (اسلایدی)	Positive	پاستور	Positive
۲	رایت لوله ای	۱/۱۲۸۰	پاستور	۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰
۳	کومبس رایت	۱/۲۵۶۰	پاستور	۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰
۴	۲ME	۱/۶۴۰	پاستور	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰

کومبس رایت    رایت لوله ای    2ME

