



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Wright

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۲۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰



نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	نتیجه	آزمایش	ردیف
۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰	پاستور	۱/۱۶۰	۲ME	۴
Positive	پاستور	Positive	رایت روش سریع (اسلایدی)	۱
۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰	پاستور	۱/۶۴۰	رایت لوله ای	۲
۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰	پاستور	۱/۱۲۸۰	کومبس رایت	۳

2ME رایت لوله ای کومبس رایت

