



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت Wright



دوره دوم سال ۱۴۰۳ نمونه: ۱۴۰۳۵۲۱۰

آزمایشگاه: فرجاد (کولایف) ۱.۵۸۰

ردیف	آزمایش	نتیجه	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
۱	رایت روش سریع (اسلایدی)	Positive	پاستور	Positive
۲	رایت لوله ای	۱/۶۴۰	پاستور	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰
۳	کومبس رایت	۱/۱۲۸۰	پاستور	۱/۶۴۰ - ۱/۲۵۶۰
۴	۲ME	۱/۳۲۰	پاستور	۱/۳۲۰ - ۱/۱۲۸۰

کومبس رایت    رایت لوله ای    2ME

