


کد سند : 1
 تاریخ ویرایش : 1403/09/26
 تاریخ بازنگری :
 صفحه : 2 / 1

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی
 Peer Group Results



آزمایش Zn



بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
-40.23 تا -79.77	-60.00	-3.89	15.44	3.21	52.50	21.00	4	1403/08/06	1
9.33 تا -12.35	-1.51	-0.10	14.37	0.00	75.13	74.00	9	1403/08/13	2
36.90 تا 11.81	24.36	1.66	14.67	0.00	78.00	97.00	7	1403/08/20	3
3.66 تا -9.21	-2.78	-0.47	5.88	0.00	79.20	77.00	5	1403/08/27	4
-52.48 تا -88.97	-70.72	-4.24	16.67	0.00	44.40	13.00	5	1403/09/04	5
26.06 تا 3.82	14.94	1.30	11.52	0.00	87.00	100.00	6	1403/09/11	6

تهیه کننده :	تایید کننده :	مسئول فنی :
--------------	---------------	-------------

آزمایشگاه طب تشخیص فرجاد

بیوشیمی
Peer Group Results

کد سند : 1
تاریخ ویرایش : 1403/09/26
تاریخ بازنگری :
صفحه : 2 / 2

بازه اطمینان	%D	DI	CV گروه	CV آزمایشگاه	میانگین گروه	نتیجه	تعداد نتایج	تاریخ	دور
18.72 تا 2.92	10.82	1.37	7.90	0.00	89.33	99.00	6	1403/09/18	7
64.29 تا -10.45	26.92	1.15	23.32	0.00	17.33	22.00	3	1403/09/25	8
9.92 تا -24.41	کل دوره								

تهیه کننده :

تایید کننده :

مسئول فنی :